

## 조피고주(라듐-223 염화물)

### [원료약품 및 그 분량]

이 약 1mL 중 주성분

라듐-223 염화물 용액(별규) 1,100 kBq(라듐-223 으로서 0.58 나노그램에 해당)

그 외 첨가제 : 염화나트륨, 시트르산나트륨, 염산, 주사용수

### [성상]

무색투명한 액이 무색투명한 바이알에 충전된 주사제

### [효능효과]

내장전이 없으며 증상이 있는 골 전이된 거세저항성 전립선암의 치료

### [용법용량]

이 약은 1분에 걸쳐 천천히 정맥 내 주사한다.

이 약의 주사 전과 주사 후에 등장성 생리식염수로 정맥내 접속라인이나 삽입관(cannula)을 관류시킨다.

이 약 55kBq(1.49microcurie)/kg 을 4 주 간격으로 6 회 주사한다.

주사 횟수 6 회 초과 시의 안전성 및 유효성은 연구되지 않았다.

투여 용량은 다음 정보에 따라 계산한다.

- 환자의 몸무게(kg)
- 투여용량(몸무게(kg)당 55kBq (1.49 microcurie))
- 기준일(reference date)의 제품(1100kBq/mL)의 방사능 농도. 기준일은 바이알과 납으로 된 용기 라벨에 기재되어 있다.
- 라듐-223 의 물리적 붕괴를 보정하기 위한 붕괴보정(Decay correction(DK)) 인자. 각 바이알에 대해 DK 인자 표가 제공된다.
- 투여용량은 다음과 같이 계산한다:

$$\text{투여용량(mL)} = \frac{\text{체중 (kg)} \times 55 \text{ kBq/kg}(1.49\text{microcurie/kg})}{\text{DK 인자} \times 1100 \text{ kBq/mL}}$$

\* DK 인자표

기준일로부터 기간	붕괴보정(DK) 인자	기준일로부터 기간	붕괴보정(DK) 인자
-14	2.39	0	1.02
-13	2.24	1	0.96
-12	2.11	2	0.90
-11	1.99	3	0.85
-10	1.87	4	0.80
-9	1.76	5	0.75
-8	1.66	6	0.71
-7	1.56	7	0.67
-6	1.47	8	0.63
-5	1.38	9	0.59
-4	1.30	10	0.56
-3	1.22	11	0.52
-2	1.15	12	0.49
-1	1.08	13	0.46
		14	0.44

**[사용상 주의사항]**

**1. 투여 금기**

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

**2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것**

1) 골수억제 환자

이 약을 투여 받은 환자에서 골수억제, 특히 혈소판감소증, 호중구감소증, 백혈구감소증, 범혈구 감소증이 보고 되었다. 따라서 최초 및 매회 투여 직전 환자의 혈액학적 평가를 수행해야 한다. 이 약의 최초 투여 전, 절대 호중구수(Absolute Neutrophil Count; ANC) 수치가  $1.5 \times 10^9/L$  이상, 혈소판수  $100 \times 10^9/L$  이상, 헤모글로빈 10.0g/dL 이상 이어야 한다. 이후 투여가 이루어지기 전, 절대 호중구수(ANC) 수치가  $1.0 \times 10^9/L$  이상, 혈소판 수는  $50 \times 10^9/L$  이상이어야 한다. 혈액학적 수치이상에 대한 지지요법의 치료에도 불구하고 투여 후 6주~8주 이내에 회복되지 않을 경우 이 약의 추가 투여는 중단해야 한다. 골수가 손상된 (compromised bone marrow reserve) 증거가 있

는 환자는 주의를 기울여 투여 한다. 3상 임상시험동안 이러한 환자들에게서 호중구감소증, 혈소판감소증과 같은 혈액학적 이상반응의 발현율이 증가하였다.

이 약의 화학요법과의 병용에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다. 이 약의 화학요법과의 병용은 골수 억제에 대한 상가적인 영향을 미칠 수 있으므로 권고하지 않는다. 이 약의 투여 중에 화학요법, 다른 전신적 방사성의약품의 사용 또는 반신 외부 방사선 요법을 사용할 경우 이 약을 투여중지 하여야 한다.

## 2) 크론씨병과 궤양성 대장염 환자

이 약의 크론씨병과 궤양성대장염 환자에 대한 안전성 및 유효성은 연구되지 않았다.

## 3) 척수 압박이 있는 환자

기존에 척수 압박이 있거나 이에 대한 긴급한 치료가 필요한 환자는 이 약의 투여를 시작하거나 재 투여 하기 전에 척수 압박에 대한 표준요법 치료를 완료해야 한다.

## 4) 골절 환자

골절 환자는 이 약의 투여를 시작하거나 재 투여 하기 전에 골절의 정형 외과적 안정화가 이루어져야 한다.

## 5) 턱의 골괴사

조피고와 비스포스포네이트를 투여받은 환자에서 턱의 골괴사 위험의 증가를 배제할 수 없다. 3상 임상시험에서 조피고 투약군의 0.67%(4/600), 위약군의 0.33%(1/301)에서 턱의 골괴사가 보고되었다. 그러나 턱의 골괴사를 가진 모든 환자들은 기존에 비스포스포네이트 (예)졸렌드론산)를 투약하였거나 혹은 병용 중이었고 기존에 항암제(예)도세탁셀)를 투약 받았었다.

## 6) 2차 악성 신생물

이 약은 환자의 전체적 장기 누적 방사선 노출을 초래한다. 장기 누적 방사선 노출은 암 및 유전적 결함의 위험성 증가와 관련이 있을 수 있다. 특히 골육종, 골수이형성증후군, 백혈병의 위험이 증가할 수 있다. 최대 3년의 임상시험 추적 관찰 기간 동안 이 약으로 인해 발생된 암은 보고되지 않았다.

## 3. 이상반응

1) 이 약의 전반적인 안전성 프로파일은 3상 임상시험에서 이 약을 투여 받은 600명의 환자로부터 얻은 데이터를 근거로 작성되었다.

가장 중대한 이상약물반응은 혈소판감소증, 호중구감소증이다.

이 약을 투여 받은 환자에서 가장 흔한 이상약물반응(10% 이상)은 설사, 구역, 구토, 혈소판감소

증이다.

2) 다음 표에 이 약을 투여 받은 환자에서 관찰된 약물과 관련된 이상반응을 체내 기관별로 분류하여 정리하였다. 개별 반응 및 그 동의어, 관련 상태를 기술하는데 있어 가장 적절한 MedDRA 용어를 사용하였다. 임상시험에서 나타난 이상 반응을 빈도에 따라 분류하였으며 빈도는 다음 기준에 의해 정의하였다. : 이상반응의 발현빈도는 매우 흔하게( $\geq 1/10$ ), 흔하게( $\geq 1/100$  이고  $< 1/10$ ), 흔하지 않게( $\geq 1/1,000$  이고  $< 1/100$ ),

표1. 임상시험에서 이 약을 투여 받은 환자에서 보고된 약물과 관련된 이상반응

기관계별분류	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게
혈액 및 림프계 장애	혈소판감소증	호중구감소증, 범혈구감소증, 백혈구감소증	림프구감소증
위장관계 장애	설사, 구토, 구역		
일반적 장애 및 투여부위 상태		주사부위반응	

### 3) 개별 이상반응에 대한 기술

#### 가. 혈소판감소증과 호중구감소증

이 약을 투여 받은 환자의 11.5%, 위약을 투여 받은 환자의 5.6%에서 혈소판 감소증(모든 등급)이 발생하였고 3등급 및 4등급 혈소판 감소증은 이 약을 투여 받은 환자의 6.3%, 위약을 투여 받은 환자의 2%에서 발생하였다. 3등급 및 4등급의 혈소판 감소증 발생빈도는 이전에 도세탁셀을 투여받은 환자(이 약 투여군 8.9%, 위약 투여군 2.9%)보다 이전에 도세탁셀을 투여받지 않은 환자(이 약 투여군 2.8%, 위약 투여군 0.8%)에서 더 낮았다.

이 약을 투여받은 환자의 5%, 위약을 투여받은 환자의 1%에서 호중구감소증(모든 등급)이 발생하였다. 3등급 및 4등급 호중구감소증은 이 약을 투여받은 환자의 2.2%, 위약을 투여받은 환자의 0.7%에서 발생하였다. 3 등급 및 4 등급 호중구감소증의 발생빈도는 이전에 도세탁셀을 투여받은 환자(이 약 투여군 3.2%, 위약 투여군 0.6%) 보다 이전에 도세탁셀을 투여 받지 않은 환자(이 약 투여군 0.8%, 위약 투여군 0.8%)에서 더 낮았다. 1상 임상시험에서, 이 약의 일회 정맥투여 2-3주 후 호중구와 혈소판의 수가 최저치로 나타났다.

#### 나. 주사부위 반응

이 약을 투여 받은 환자의 1.2%, 위약을 투여 받은 환자의 0%에서 홍반, 통증, 부종과 같은 1등

급 및 2등급 주사부위반응이 보고되었다.

#### 다. 2차 악성 신생물

이 약은 환자의 전체적 장기 누적 방사선 노출을 초래한다. 장기 누적 방사선 노출은 암 및 유전적 결함의 위험성 증가와 관련이 있을 수 있다. 최대 3년의 임상시험 추적 관찰 기간 동안 이 약으로부터 유도된 암은 보고되지 않았다.

#### 4. 일반적 주의

1) 방사성의약품은 방사성 핵종의 사용 및 취급에 대한 허가가 있는 사람에 의해서만 사용될 수 있다. 방사성의약품의 수령, 보관, 사용, 이동과 폐기 등은 관련법규 또는 규정에 따른다. 이 약은 방사선 안전 및 의약품 품질 요건 모두를 충족하는 방식으로 취급되어야 한다. 적절한 무균 조치를 취해야 한다.

2) 라듐-223과 자원소의 붕괴와 관련 있는 감마선으로 이 약의 방사능을 측정하고 표준기기의 오염을 검출한다. 이 약의 투여는 뇨, 변, 구토와 같은 체액으로부터의 오염이나 방사선으로 인해 다른 사람(예. 의료인, 간병인, 환자의 가족)에 미치는 잠재적인 위험성과 관련되어 있다. 따라서 방사선 보호 예방수칙을 지켜야 한다. 침대시트와 같이 이러한 체액과 닿을수 있는 물질을 취급할 경우 주의해야 한다. 비록 라듐-223은 주로 알파 방출체이나 라듐-223과 자원소의 붕괴는 감마나 베타 방출과도 관련 되어 있다.

환자 처치와 관련된 외부 방사선 노출은 보통 8MBq 이하로, 치료목적으로 사용하는 다른 방사성의약품에 비해 현저히 낮다. 그러나 방사선 노출을 최소화하기 위해 방사선 구역에서 보내는 시간을 최소화하고, 방사성 물질(radiation sources)과의 거리를 최대화하며, 적절한 차폐 시설을 사용한다. 준비나 투여와 관련하여 사용한 물건이나 사용하지 않은 제품은 방사성 폐기물로 취급하고 규정에 따라 폐기해야 한다

#### 5. 상호작용

1) 이 약의 화학요법과의 병용은 골수 억제에 대한 상가적인 영향을 미칠 수 있다. 이 약의 화학요법과의 병용에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.

#### 6. 임부, 수유부에 대한 투여

1) 이 약의 생식독성에 대한 동물시험은 수행되지 않았다. 방사능과 관련된 정자생성에 대한 잠재적 영향 때문에, 남성은 이 약을 투여하는 동안 그리고 투여 후 적어도 6개월까지는 피임을 하도록 권고한다.

2) 이 약은 여성에게 투여하지 않는다. 이 약은 임신한 여성 또는 임신 가능성이 있는 여성과 수유부에는 투여되어서는 안 된다.

3) 이 약의 수태능에 대한 영향을 평가하기 위한 동물 수태능 시험은 수행되지 않았다. 이 약의 방사능은 고환에 대한 이상반응을 일으킬 수 있는 잠재적 위험성이 있다.

## 7. 소아에 대한 투여

이 약의 18세 미만의 소아 및 청소년에 대한 안전성 및 유효성은 연구되지 않았다.

## 8. 고령자에 대한 투여

3상 임상시험에서 고령자(65세 이상)와 성인(65세미만)에서의 전반적인 안전성 유효성의 차이는 관찰되지 않았다. 고령자에서의 용량조절은 필요하지 않다.

## 9. 특정 환자에서의 사용

1) 간장애 환자 : 간장애 환자에 대한 안전성 및 유효성은 연구되지 않았다. 그러나 라둠-223은 간에서 대사되거나 담즙을 통해 배설되지 않으므로 간장애가 라둠-223의 약동학에 영향을 미치지 않을 것으로 생각된다. 간장애 환자에서의 용량조절은 필요하지 않다.

2) 신장애 환자 : 임상 시험에서, 경증 신장애(크레아티닌 청소율 50-80 mL/min) 환자와 정상 신기능 환자 사이에 이 약과 관련된 안전성 및 유효성의 차이점이 관찰되지 않았다. 중등도 신장애 환자(크레아티닌 청소율 30-50 mL/min)와 중증 신장애 환자(크레아티닌 청소율 < 30mL/min)에 대한 자료는 제한적이며 말기 신장 질환 환자에 대한 자료는 없다. 그러나 소변으로의 배출은 아주 적으며 배변으로의 배출이 주 배설경로이므로 신장애가 라둠-223의 약동학에 영향을 주지 않을 것으로 예상된다. 따라서 신장애 환자에서의 용량조절은 필요하지 않다.

## 10. 과량투여시의 처치

1) 임상시험에서 부주의로 인한 이 약의 과량투여는 보고되지 않았다.

2) 이 약에 대한 특정 해독제는 없다. 부주의 과량투여 시, 잠재적인 혈액학 및 위장관 독성 모니터링을 포함한 일반적 보조적 처치를 취해야 한다.

3) 1상 임상시험에서 이 약은 최대 276kBq/kg 단회투여 되었고, 용량-제한 독성은 관찰되지 않았다.

## 11. 적용상의 주의

1) 이 약은 다른 약과 혼합하지 않는다.

2) 이 약을 사용하기 전에 육안으로 확인하고 이 약은 무색 투명한 용액이므로 변색되었거나, 이물이 존재하거나, 용기의 결함이 있을 시 사용하지 않는다.

3) 각 바이알은 바로 사용 가능한 용액이며, 다른 용액과 혼합하거나 희석하여 사용하지 않는다.

4) 각 바이알은 1회용이다.

5) 선량 측정

흡수된 방사능 용량 계산은 임상적 생체분포 자료를 기반으로 이루어 졌으며 베타 및 감마 방출

방사선 핵종에 사용되는 의료 내부피폭선량 (Medical internal radiation dose;MIRD) 알고리즘을 기반으로 한 OLINDA/EXM (Organ Level INternal Dose Assessment/ EXponential Modeling) 소프트웨어를 사용하였다.

대부분이 알파방출제인 라듐-223의 관찰된 생체분포와 특별한 특성을 고려한 최적의 가능한 흡수 용량 계산을 제공하기 위해 장, 적색 골수 및 뼈/골원성 세포에 대한 추가적인 가정이 세워졌다.

표2. 계산된 기관 흡수 방사능 용량

기관	알파 방출 <sup>1</sup> (Gy/MBq)	베타 방출 (Gy/MBq)	감마 방출 (Gy/MBq)	전체 용량 (Gy/MBq)	전체 용량 (Rad/mCi)	변동 계수(%)
부신	0.00000	0.00002	0.00009	0.00012	0.44	56
뇌	0.00000	0.00002	0.00008	0.00010	0.37	80
가슴	0.00000	0.00002	0.00003	0.00005	0.18	120
담낭벽	0.00000	0.00002	0.00021	0.00023	0.85	14
하부대장벽	0.00000	0.04560	0.00085	0.04645	171.88	83
소장벽	0.00319	0.00360	0.00047	0.00726	26.87	45
위장벽	0.00000	0.00002	0.00012	0.00014	0.51	22
상부대장벽	0.00000	0.03150	0.00082	0.03232	119.58	50
심장벽	0.00161	0.00007	0.00005	0.00173	6.40	42
신장	0.00299	0.00011	0.00011	0.00320	11.86	36
간	0.00279	0.00010	0.00008	0.00298	11.01	36
폐	0.00000	0.00002	0.00005	0.00007	0.27	90
근육	0.00000	0.00002	0.00010	0.00012	0.44	41
난소	0.00000	0.00002	0.00046	0.00049	1.80	40
척장	0.00000	0.00002	0.00009	0.00011	0.41	43
적색골수	0.13200	0.00642	0.00020	0.13879	513.51	41

골원성세포	1.14000	0.01490	0.00030	1.15206	4262.60	41
피부	0.00000	0.00002	0.00005	0.00007	0.27	79
비장	0.00000	0.00002	0.00007	0.00009	0.33	54
고환	0.00000	0.00002	0.00006	0.00008	0.31	59
흉선	0.00000	0.00002	0.00003	0.00006	0.21	109
갑상선	0.00000	0.00002	0.00005	0.00007	0.26	96
방광벽	0.00371	0.00016	0.00016	0.00403	14.90	63
자궁	0.00000	0.00002	0.00023	0.00026	0.94	28
전신	0.02220	0.00081	0.00012	0.02311	85.50	16

<sup>1</sup> 관찰한 대부분의 연조직에서 라듐-223이 흡수되지 않았기 때문에 이러한 기관들에 대해 전체 기관 용량(total organ dose)에 대한 알파 기여는 0으로 설정되었다.

이 약에 대한 임상시험에서 혈액학적 이상약물반응은 적색 골수에 대해 계산된 흡수 용량으로부터 예측된 것보다 빈도와 심각도에 있어 훨씬 낮은 것으로 나타났다. 이것은 알파입자방사선의 공간적인 분포에 의한 적색 골수로의 방사능 용량이 비균일하게 분포하는 것과 연관된 것일 수 있다.

**[저장방법]**

밀봉용기, 1-40°C 보관, 차폐용기:원자력법령에 의함

**[포장단위]**

6ml/바이알

첨부문서 작성년월일: 2017.02.21